

## بررسی کارائی نرم افزار " کنتراست معکوس " رادیوگرافی دیجیتال در تشخیص شکستگی افقی ریشه (مطالعه آزمایشگاهی)

دکتر شیرین سخدری<sup>#</sup> دکتر ساندرا مهرعلیزاده<sup>۱</sup> دکتر بهاره دادرسانفر<sup>۲</sup> دکتر مریم حکیم<sup>۳</sup> دکتر محمدجواد خرازی فرد<sup>۴</sup>

۱- استادیار بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دندانپزشکی تهران

۲- استادیار بخش اندودونتیکس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی تهران

۳- دندانپزشک

۴- دندانپزشک و متخصص آمار و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

### خلاصه:

#### سابقه و هدف:

تشخیص شکستگی افقی ریشه وابسته به رادیوگرافی می‌باشد و کاربرد روش‌های جدید در این امر ضروری است. هدف این مطالعه، مقایسه قدرت گزینه کنتراست معکوس رادیوگرافی دیجیتال با تصاویر دیجیتال اولیه در تشخیص شکستگی افقی ریشه بود.

**مواد و روش‌ها:** در این مطالعه تشخیصی، از ۴۰ دندان قدامی فک بالا در یک قطعه آلونول خشک رادیوگرافی دیجیتال در دو زاویه عمودی صفر و ۱۵ درجه تهیه شد. پس از ایجاد شکستگی افقی ریشه و چسباندن دو قطعه، دندان‌ها مجدداً در همان محل قرار گرفته و رادیوگرافیها تکرار شد. تصاویر توسط نرم افزار کنتراست معکوس پردازش و توسط مشاهده‌گرها مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با آزمون نسبت‌ها و Cochran's Q آنالیز شد.

**یافته‌ها:** حساسیت، ویژگی، ارزش پیش بینی مثبت و ارزش پیش بینی منفی در مواردی که شکستگی قطعا یا احتمالا تشخیص داده شده بود، در دو تکنیک در هیچیک از زوایای صفر درجه و ۱۵ درجه اختلاف آماری معنی داری نداشت. در دو تکنیک، در مواردیکه تشخیص قطعی شکستگی داده شد، حساسیت تصاویر صفر درجه به طور معناداری بیشتر بود ( $P=0/014$ ). همچنین در مواردیکه تشخیص احتمالی شکستگی داده شد، حساسیت و ارزش پیش بینی منفی زاویه صفر درجه، به طور معناداری بیشتر از زاویه ۱۵ درجه بود ( $P=0/035$ ) و ( $P=0/023$ ).

**نتیجه گیری:** توانایی کشف شکستگی افقی ریشه در تصاویر کنتراست معکوس دیجیتال با تصاویر اولیه یکسان است ولی تهیه تصاویر با زاویه صفر درجه روش مناسب تری می‌باشد.

**کلید واژه‌ها:** رادیوگرافی دیجیتال، شکستگی افقی ریشه، کنتراست معکوس

وصول مقاله: ۹۰/۱/۲۵ اصلاح نهایی: ۹۰/۴/۱ پذیرش مقاله: ۹۰/۴/۲۲

### مقدمه:

می‌گیرد و می‌تواند در پلن افقی یا عمودی ریشه رخ دهد. شکستگی افقی ریشه بیشتر در دندان‌های قدامی فک بالا به دنبال ترومای حاد به دندان گزارش شده است. در معاینات کلینیکی، دندان‌های درگیر معمولاً لقی، قدری جابجایی و حساسیت به تست‌های وایتالیتی را نشان می‌دهند اما از آنجا

استفاده از یک روش تشخیصی دقیق برای کشف شکستگی ریشه ضروری بنظر می‌رسد. به طور کلی شکستگی‌های ریشه دندان ۵/۰٪ تا ۷٪ از آسیب‌های وارده به دندان‌های دایمی را شامل می‌شود. این آسیب، عاج، سمنتوم و پالپ دندان را در بر

# نویسنده مسئول مکاتبات: دکتر شیرین سخدری، خیابان پاسداران-خیابان نیستان دهم- واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت

Email: sh.sakhdari@yahoo.com

تلفن: ۲۲۵۶۴۵۷۱-۳

جهت مشاهده دندان و بافت‌های اطراف فراهم می‌کند، همچنین عدم وجود مطالعات کافی در این خصوص تصمیم گرفته شد قدرت این نرم افزار رادیوگرافی دیجیتال با تصاویر دیجیتال اولیه در تشخیص شکستگی افقی ریشه دندان‌های قدامی کشیده شده فک بالا در واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال ۱۳۸۹ مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.

#### مواد و روش‌ها:

در این مطالعه تشخیصی، براساس مطالعات گذشته<sup>(۱۴،۱۵)</sup> ۴۰ دندان سالم قدامی فک بالا انتخاب و در ساکت یک قطعه استخوان آلونول قرار گرفتند. استخوان آلونول توسط خمیر پوتی، به شکل عمود بر سطح زمین بروی پایه‌ای ثابت شده و برای بی‌حرکت کردن دندان‌ها درون ساکت از موم استفاده شد. ابتدا از هر دندان با زاویه افقی صفر و زوایای عمودی صفر و ۱۵ درجه، تصاویر دیجیتال اولیه تهیه شد. گیرنده مورد استفاده در این مطالعه سنسور CCD (Suni Medical Imaging Inc., CA, USA) در تمامی مراحل رادیوگرافی، سنسور CCD توسط نگهدارنده سنسور قدامی (Kerr Sensor Holder. Hawa SA. Switzerland) در فاصله ثابت ۱۰ سانتیمتری تا تیوب رادیوگرافی و استخوان آلونول نیز در فاصله ۱۰ سانتیمتری بین منبع تابش و سنسور قرار گرفت.

زمان تابش اشعه برای تمام نمونه‌ها ثابت و برابر ۰/۱۶ ثانیه بود.<sup>(۱۳)</sup>

سپس در دندان‌ها با اعمال نیروی مکانیکی توسط چکش شکستگی افقی ایجاد و دو قطعه شکسته با استفاده از چسب قطره‌ای (Razi Super Glue-IRAN) به یکدیگر چسبانده شدند. دندان‌ها دوباره در ساکت استخوان قرار گرفته و مجدداً رادیوگرافی‌های لازم تهیه شد. کلیه تصاویر به وسیله نرم افزار Reverse Contrast رادیوگرافی دیجیتال پردازش و ذخیره شدند.

مجموعه تصاویر بدست آمده (شامل تصاویر دندان‌های سالم و شکسته) کدگذاری و به صورت اتفاقی توسط دو رادیولوژیست

که نمی‌توان از نظر کلینیکی بین علت جابجایی دندان بر اثر شکستگی ریشه یا صدمات luxation تمایز قائل شد، بنابراین تشخیص به طور کامل وابسته به معاینات رادیوگرافیک و مشاهده خط یا خطوط رادیولوسنت شکستگی است.<sup>(۱-۵)</sup> در صورتیکه موفق به تشخیص شکستگی نشویم، ترمیم‌های بعدی دندان و همچنین طرح درمان‌های آتی بیمار دچار مشکلات اساسی خواهد شد.<sup>(۶،۷)</sup>

با توجه به کاستی‌های رادیوگرافی معمولی، تلاش محققین همیشه بر این بوده است که روش‌های کامل‌تری را جهت تصویربرداری انتخاب کنند و امروزه رادیوگرافی دیجیتال به عنوان یک انتخاب در برابر رادیوگرافی معمولی قرار می‌گیرد.<sup>(۸)</sup> مزایای رادیوگرافی دیجیتال علاوه بر کاهش زمان تابش اشعه و دوز دریافتی بیماران، امکان تغییر، بهبود، ذخیره و بازیافت آسان تصاویر و تبادل اطلاعات به مراکز دوردست می‌باشد. این ویژگی‌ها سبب شده که این سیستم در مقایسه با رادیوگرافی با فیلم، در تشخیص شکستگی ریشه مورد توجه قرار گیرد.<sup>(۹)</sup> برخی از سیستم‌های دیجیتال دارای گزینه‌های نرم افزاری مختلف مانند کنتراست معکوس، رنگ کاذب، تغییر در کنتراست و روشنایی تصاویر و سایر امکانات می‌باشند و تحقیقات متعددی به بررسی این گزینه‌ها در تشخیص ضایعات دهان و دندان پرداخته است.<sup>(۱۰-۱۳)</sup>

مطالعاتی نیز در زمینه کشف شکستگی افقی ریشه به کمک رادیوگرافی دیجیتال صورت گرفته است.<sup>(۱۴-۱۶)</sup>

اولین بار Wenzel و همکاران گزینه نرم افزاری کنتراست معکوس را در تصاویر دیجیتال تفریقی جهت بررسی تحلیل ریشه به کار بردند.<sup>(۱۷)</sup> تحقیقی که توسط Alpoz و همکاران انجام شد نیز نشان داد که استفاده از گزینه‌های نرم افزاری دیجیتال از جمله کنتراست معکوس در تشخیص جزئیات تصویری موثرتر از تصاویر اولیه می‌باشد.<sup>(۱۸)</sup> اما قدرت تشخیصی این گزینه‌ی نرم افزاری که تصویر نگاتیو از شکل اولیه تصویر ایجاد می‌کند در کشف شکستگی افقی ریشه در موارد اندک مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج متفاوتی نیز داشته است.<sup>(۴،۵،۹)</sup> با توجه به امکان متفاوتی که این گزینه

ویژگی تشخیص شکستگی با دو روش فوق، اختلاف معنادار نبود ( $P=0/118$ )، زوایا نیز اختلاف معناداری را نشان ندادند ( $P=0/267$ ).

ارزش پیش بینی مثبت (P.P.V) تشخیص شکستگی در تصاویر اولیه و کنتراست معکوس با زاویه صفر درجه، بترتیب ۹۷/۷ درصد و ۱۰۰ درصد بود. همچنین (P.P.V) در تصاویر اولیه و کنتراست معکوس با زاویه ۱۵ درجه بترتیب ۹۷/۴ درصد و ۱۰۰ درصد بوده است. بین P.P.V تشخیص شکستگی با دو روش فوق، اختلاف معنادار نبود ( $P=0/861$ ).

زوایا نیز اختلاف معناداری را بیان نکردند ( $P=0/860$ ). ارزش پیش بینی منفی (N.P.V) تشخیص شکستگی در تصاویر اولیه و کنتراست معکوس با زاویه صفر درجه، بترتیب ۸۷/۱ درصد و ۷۶/۳ درصد بود. همچنین (N.P.V) تشخیص شکستگی در تصاویر اولیه و کنتراست معکوس با زاویه ۱۵ درجه، بترتیب ۷۹/۱ درصد و ۷۴/۳ درصد است. بین (N.P.V) تشخیص شکستگی با دو روش فوق اختلاف معنادار نبود ( $P=0/097$ )، زوایا نیز اختلاف معناداری نداشتند ( $P=0/167$ ) در مجموع در این گروه بر هم کنش زاویه و روش رادیوگرافی اختلاف معناداری را نشان ندادند ( $P=0/514$ ).

ارزش تشخیصی تصاویر گروه ۱ در هر دو زاویه در جدول ۱ ارائه شده است.

جدول ۱- مقایسه ارزش تشخیصی تصاویر اولیه و کنتراست معکوس در زوایای ۰ و ۱۵ درجه در نمونه های با تشخیص قطعی شکستگی

| آزمون تشخیصی                      |         | حساسیت | ویژگی   | P.P.V  | N.P.V |
|-----------------------------------|---------|--------|---------|--------|-------|
| رادیوگرافی                        | دیجیتال |        |         |        |       |
| دیجیتال رادیوگرافی اولیه صفر درجه | ۷۰/۸۴   | ۷۱/۶۸۶ | ۹۷/۷۱۱۷ | ۸۷/۱۰۴ |       |
| دیجیتال رادیوگرافی اولیه ۱۵ درجه  | ۵۷/۵۶۹  | ۶۵/۸۷۹ | ۹۷/۴۱۱۶ | ۷۹/۱۹۵ |       |
| کنتراست معکوس صفر درجه            | ۶۵/۷۸   | ۶۱/۶۷۴ | ۱۰۰/۱۲۰ | ۷۶/۳۹۱ |       |
| کنتراست معکوس ۱۵ درجه             | ۵۵/۸۶۷  | ۶۹/۱۸۳ | ۱۰۰/۱۲۰ | ۷۴/۳۸۹ |       |

در گروه ۲، حساسیت تشخیص شکستگی در تصاویر اولیه و کنتراست معکوس با زاویه صفر درجه، بترتیب ۷۸/۷ درصد و

فک و صورت و یک اندودنتیست مورد ارزیابی قرار گرفت. قبل از شروع مشاهدات، تعریف یکسانی از شکستگی بدست آمد و نحوه مشاهده به این صورت بود که ابتدا تصاویر اولیه و پس از دو هفته تصاویر کنتراست معکوس بررسی گردید. مشاهده گران امکان استفاده از گزینه های "بزرگنمایی" و "تقویت" و امکان تغییر روشنایی و کنتراست تصاویر را داشتند. در هر گروه نیز، زوایای صفر درجه و ۱۵ درجه بطور مجزا بررسی شدند. نتایج مشاهدات در ۵ رتبه از ۰ تا ۴ (۰ = قطعاً ندارد، ۱ = احتمالاً ندارد، ۲ = نامشخص، ۳ = احتمالاً دارد، ۴ = قطعاً دارد) برای مشاهده شکستگی در فرم های اطلاعاتی در هر دو گروه از تصاویر ثبت گردید و هر کدام از نظرات مشاهده گران به عنوان یک واحد نمونه در نظر گرفته شد. برای مقایسه ارزش پیش بینی مثبت (Positive Predictive Value) ارزش پیش بینی منفی (Negative Predictive Value) تشخیصی و حساسیت و ویژگی در چهار گروه، از آزمون Cochran's Q و جهت مقایسه دو به دو از آزمون نسبتها استفاده شد.

#### یافته ها:

نتایج برای نمونه هایی که در آنها شکستگی قطعاً تشخیص داده شده (گروه ۱) و نمونه هایی که شکستگی احتمالاً تشخیص داده شد (گروه ۲) به تفکیک، به شرح زیر است.

در گروه ۱، حساسیت تشخیص شکستگی در تصاویر اولیه و کنتراست معکوس با زاویه صفر درجه، بترتیب ۷۰ درصد و ۶۵ درصد بود. همچنین حساسیت در تصاویر اولیه و کنتراست معکوس با زاویه ۱۵ درجه، بترتیب ۵۷/۵ درصد و ۵۵/۸ درصد بود. بین حساسیت تشخیص شکستگی با دو تکنیک فوق، اختلاف معنادار نبود ( $P=0/462$ )، ولی حساسیت در هر دو تکنیک در تصاویر صفر درجه به طور معناداری بیشتر از تصاویر ۱۵ درجه بود ( $P=0/014$ ).

ویژگی تشخیص شکستگی در تصاویر اولیه و کنتراست معکوس با زاویه صفر درجه بترتیب ۷۱/۶ درصد و ۶۱/۶ درصد بود. همچنین ویژگی در تصاویر اولیه و کنتراست معکوس با زاویه ۱۵ درجه، بترتیب ۶۵/۸ درصد و ۶۹/۱ درصد بود. بین

**بحث:**

تشخیص شکستگی های ریشه به طور کامل وابسته به معاینات رادیوگرافیک بوده و استفاده از روش های جدید و قابل اعتماد در این امر ضروری به نظر می رسد. (۲۰)

اگرچه در مطالعات متعدد برتری رادیوگرافی دیجیتال از جهات گوناگون به اثبات رسیده است (۱۹-۲۱)، اما به نظر می رسد توانایی تصاویر دیجیتال و فیلم معمولی در کشف شکستگی های افقی ریشه یکسان باشد. (۹) باتوجه به امکانات سیستم های دیجیتال در این مطالعه از گزینه نرم افزاری کنتراست معکوس در تصاویر استفاده کردیم زیرا تاکنون مطالعه ای که به مقایسه توانایی تشخیص شکستگی افقی توسط این نرم افزار با تصاویر اولیه پرداخته باشد، انجام نشده است.

تحقیق حاضر نشان داد که اگرچه در مجموع تشخیص های صحیح مشاهده گران با استفاده از گزینه کنتراست معکوس در مقایسه با تصاویر دیجیتال اولیه بیشتر بود، این اختلاف معنا دار نبوده و استفاده از این نرم افزار قدرت تشخیص شکستگی را چندان بهبود نمی بخشد. با توجه به این که مشاهده گران در بررسی هر دو گروه از تصاویر از گزینه های قطعاً و احتمالاً جهت تشخیص شکستگی استفاده کردند، در مواردی که تشخیص به صورت قطعی بیان شده بود توانایی بهتری در پیش بینی وضعیت شکستگی و یا عدم شکستگی وجود داشت.

در مطالعه Kamboruglu و همکاران گزینه های نرم افزاری از جمله کنتراست معکوس با تصاویر دیجیتال اولیه در تشخیص شکستگی ریشه مقایسه شد. اگرچه شکستگی ها از نوع عمودی بود نتایج مطالعه فوق مانند مطالعه ما نشان داد بین تصاویر تغییر یافته با این گزینه و تصاویر اولیه اختلاف معناداری در تشخیص وجود ندارد. (۲۲)

در مطالعه مهرعلی زاده نیز اختلاف معناداری بین گزینه کنتراست معکوس و تصاویر اولیه در تشخیص شکستگی ریشه یافت نشد که مشابه با نتیجه تحقیق ما می باشد، گرچه در این تحقیق نیز شکستگی عمودی مورد بررسی قرار گرفته بود. (۲۳)

این در حالیست که در مطالعه Ji-Unlee و همکاران نتیجه ای که حاصل شد نشان دهنده "ویژگی" برتر تصاویر معکوس

۷۵/۸ درصد بود. همچنین حساسیت در تصاویر اولیه و کنتراست معکوس با زاویه ۱۵ درجه، بترتیب ۶۸/۳ درصد و ۶۴/۱ درصد بود. بین حساسیت تشخیص شکستگی با دو روش ذکر شده، اختلاف معنادار نبود ( $P=0/269$ )، در حالیکه حساسیت در تصاویر صفر درجه به طور معناداری بیشتر از تصاویر ۱۵ درجه بود ( $P=0/035$ ).

ویژگی تشخیص شکستگی در تصاویر اولیه و کنتراست معکوس با زاویه صفر درجه، بترتیب ۹۲/۵ درصد و ۹۴/۱ درصد بود. همچنین ویژگی در تصاویر اولیه و کنتراست معکوس با زاویه ۱۵ درجه، بترتیب ۸۸/۲ درصد و ۹۵ درصد بود. بین ویژگی تشخیص شکستگی با دو روش فوق، اختلاف معنادار نبود ( $P=0/516$ ) زوایا نیز اختلاف معناداری نداشتند ( $P=0/208$ ) ارزش پیش بینی مثبت (P.P.V) تشخیص شکستگی افقی در تصاویر اولیه و کنتراست معکوس با زاویه صفر درجه، بترتیب ۸۸ درصد و ۹۲/۸ درصد بود. همچنین P.P.V در تصاویر اولیه و کنتراست معکوس با زاویه ۱۵ درجه بترتیب ۸۶/۹ درصد و ۹۲/۹ درصد گزارش شد. بین (P.P.V) تشخیص شکستگی در دو روش فوق، تفاوت معنادار نبود ( $P=0/478$ ) و زوایا نیز اختلاف معناداری نداشتند ( $P=0/198$ ).

ارزش پیش بینی منفی (N.P.V) تشخیص شکستگی افقی در تصاویر اولیه و کنتراست معکوس با زاویه صفر درجه، بترتیب ۸۱/۲ درصد و ۷۹/۶ درصد بود. همچنین (N.P.V) در تصاویر اولیه و کنتراست معکوس با زاویه ۱۵ درجه، بترتیب ۷۴/۱ درصد و ۷۲/۵ درصد بوده است.

بین (N.P.V) تشخیص شکستگی با دو روش فوق، تفاوت معنادار نبود ( $P=0/764$ ) در حالیکه (N.P.V) در تصاویر صفر درجه به طور معناداری بیشتر از تصاویر ۱۵ درجه بود. ( $P=0/023$ ) در این گروه نیز در مجموع بر هم کنش زاویه و روش رادیو گرافی اختلاف معناداری را نشان ندادند ( $P=0/764$ ).

سیستم دیجیتال، نسبت به تصاویر اولیه در تشخیص شکستگی ریشه است، اما اختلاف در نوع سنسور مورد استفاده از جمله عوامل دخیل در مغایرت نتیجه حاصله با نتیجه تحقیق ما می‌باشد. (۲۴)

براساس مطالعه Alpoz و همکاران که در آن استفاده از گزینه های مختلف نرم افزاری نظیر، تغییر روشنایی و کنتراست به تشخیص جزئیات تصاویر کمک میکند (۱۸)، ما نیز امکان ایجاد این تغییرات را برای مشاهده گران فراهم کردیم، و این کار به تشخیص شکستگی در تصاویر معکوس نسبت به تصاویر اولیه کمک بیشتری کرد. همچنین در مطالعه ما به کاربردن گزینه‌های "بزرگنمایی" و "تقویت" در هر یک از تکنیک‌ها به تنهایی در تشخیص شکستگی مفید واقع شد در حالیکه این امکان منجر به برتری هیچ یک از تکنیک‌ها بر دیگری نشد. این در حالی است که در تحقیق Baksı و Akdeniz تصاویر دیجیتال تقویت شده دقت بیشتری نسبت به تصاویر دیجیتال اولیه دارا بودند. (۲۵،۲۶) با توجه به تنوع در توانایی های نرم افزاری، اختلاف میان مطالعات در این زمینه دور از انتظار نیست.

در تحقیق Wenzel و همکاران تأثیر زوایای عمودی در تشخیص شکستگی افقی در تصاویر دیجیتال به اثبات رسیده است (۱۵)، اما در مطالعه‌ی فوق زوایا به طور جداگانه در کشف این ضایعه مورد بررسی قرار نگرفتند در حالیکه در تحقیق ما زوایای عمودی صفر و ۱۵ درجه در هر گروه به تفکیک بررسی و نتیجه‌ی حاصله نشان داد که تهیه تصاویر با زاویه صفر درجه روش مناسب‌تری می باشد.

طبق ادعای کارخانه‌های سازنده، سیستم‌های دیجیتال و گزینه های نرم افزاری مختلف آن از جمله: کنتراست معکوس، بزرگنمایی، رنگ کاذب و سایر امکانات جهت بهبود کارایی و کمک به تشخیص ضایعات می‌باشد اما در مورد کارایی تشخیصی آنها شواهد بالینی کافی وجود ندارد و بنابراین پرداختن به این موضوع می تواند به یافتن روشی نو و قابل اطمینان در زمینه تشخیص ضایعات دهان و دندان منجر شود. (۸)

مطالعه ما نیز با این انگیزه انجام شد و نتیجه بیانگر این موضوع بود که تشخیص شکستگی افقی ریشه با استفاده از گزینه نرم افزاری کنتراست معکوس در مقایسه با تصاویر دیجیتال اولیه اختلاف معناداری را در شاخص‌های حساسیت (Sensitivity)، ویژگی (Specificity)، ارزش پیش‌بینی مثبت (P.P.V) و ارزش پیش‌بینی منفی (N.P.V) ایجاد نمی‌کند.

#### نتیجه‌گیری:

قدرت تشخیص رادیوگرافی دیجیتال به کمک نرم افزار کنتراست معکوس و تصاویر دیجیتال اولیه، در کشف شکستگی افقی ریشه یکسان است.

از طرفی، تصاویر دیجیتال اولیه و کنتراست معکوس در مواردی که شکستگی افقی قطعاً وجود داشته و یا قطعاً وجود نداشته است توانایی بهتری در پیش‌بینی وضعیت شکستگی داشتند.

بنابراین بهتر است در هنگام کاربرد هر کدام از این دو روش در صورت ناتوانی در تشخیص قطعی، از روش های تشخیصی دیگر نیز بهره گرفت.

## References:

- 1- Andreasen FM, Andreasen JO. Root fractures. In: Andreasen JO, Andreasen FM, editors. *Text Book and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth*. 3<sup>rd</sup> ed. Copenhagen: Munksgaard. 1994: 279-311.
- 2- Erdemir A, Ungor M, Erdemir EO. Orthodontic Movement of a Horizontally Fractured Tooth: A Case Report. *Dent Traumatol*. 2005 Jun; 21(3):160-4.
- 3- Oztan MD, Sonat B. Repair of Untreated Horizontal Root fractures: Two Case Reports. *Dent Traumatol*. 2001 Oct; 17(5):240-3.
- 4- Hovland EJ. Horizontal Root fractures, Treatment and Repair. *Dent Clin North Am*. 1992 Apr; 36(2):509-25
- 5- Poi WR, Manfrin TM, Holland R, Sonoda CK. Repair Characteristics of Horizontal Root Fractures: a Case Report. *Dent Traumatol*. 2002 Apr; 18(2): 98-102.
- 6- Ingle JI. *Endodontics*. 5<sup>th</sup> ed. Philadelphia: Leq and Febiger. 2002: 32-58.
- 7- Oliet S. Treating Vertical Root Fractures. *J Endod*. 1984 Aug; 10(8): 391-6.
- 8- White SC, Pharoah MJ. *Oral Radiology, Principles and Interpretation*. 5<sup>th</sup> ed. St. Louis: 2003
- 9- Kositbowornchai S, Nuansakul R, Sikram S, Sinhawattana S, Saengmontri S. Root Fracture Detection: A Comparison of Direct Digital Radiography with Conventional Radiography. *Dentomaxillofac Radiol*. 2001 Mar; 30(2): 106-9.
- 10- Furkart AJ, Dove SB, Mc David WD, Nummikoski P, Matteson S. Direct Digital Radiography for the Detection of Periodontal Bone Lesions. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol*. 1992 Nov; 74(5): 652-60.
- 11- Wenzel A, Grondahl HG. Direct Digital Radiography in the Dental Office. *J Int Dent*. 1995 Feb; 45(1): 27-34.
- 12- Seyed Abdollah Tehrani M. Supervising Teacher : Mehralizadeh S. Accuracy of Reverse Contrast Option of Digital Radiography on the Detection of Occlusal Dentin Caries. Thesis for DDS, Dental Branch, Tehran Islamic Azad University. 2007
- 13- Iannucci JM, Howerton L J. *Dental Radiography: Principle and Technique*. 3<sup>rd</sup> ed. Saunders Elsevier. 2006: 483-5.
- 14- Kamburoglu K, Ilker Cebeci AR, Grondahl HG. Effectiveness of Limited Cone-Beam Computed Tomography in the Detection of Horizontal Root Fracture. *Dental Traumatol*. 2009; 25(3):256-61.
- 15- Wenzel A, Kirkevang LL. High Resolution Charge- Coupled Device Sensor VS. Medium Resolution Photostimulable Phosphor Plate Digital Receptors for Detection of Root Fractures in Vitro. *Dent Traumatol*. 2005; 21: 32-36.
- 16- Nair MK, Nair UDP, Grondahl HG, Webber RL. Accuracy of Tuned Aperture Computed Tomography in the Diagnosis of Radicular Fractures in Non-Restored Maxillary Anterior Teeth-an in Vitro Study. *Dentomaxillofac Radiol*. 2002; 31: 229-304.
- 17- Wenzel A, Hintze H, Andreasen FM, Swerin I. Digital Subtraction Radiography for Assessment of Simulated Root Resorption Cavities. Performance of Conventional and Reverse Contrast Modes. *Endod Dent Traumatol*. 1992; 8:149-54.
- 18- Alpoz E, Sogur E, Baksi Akdeniz BG. Perceptibility Curve Test for Digital Radiographs Before and After Application of Various Image Processing Algorithms. *Dentomaxillofac Radiol*. 2007; 36:490-4.
- 19- Wenzel A, Larsen MJ, Fejerskov O. Detection of Occlusal Caries without Cavitation by Visual Inspection, Film Radiographs, Xeroradiographs and Digitized Radiographs. *Caries Res*. 1991; 25:365-71.
- 20- Wenzel A. Computer-aided Image Manipulation of Intraoral Radiographs to Enhance Diagnosis in Dental Practice: a Review. *J Int Dent*. 1993; 43: 99-108.
- 21- Kuhnisch J, Ifland S, Tranaeus S, Heinrich- Weltzein R. Comparison of Visual Inspection and Different Radiographic Methods for Dentin Caries Detection on Occlusal Surfaces. *Dentomaxillofac Radiol*. 2009; 38: 452-7.

22-Kamburglu K, Murat S, Pehlivan SY. *The Effects of Digital Image Enhancement on the Detection of Vertical Root Fractures. Dent Traumatol.* 2010; 26: 47-51.

23- Mehralizadeh S, Farshch F. *Accuracy of Reverse Contrast Option of Digital Radiography on the Detection of Vertical Root Fracture. Thesis for DDS, Dental Branch, Tehran Islamic Azad University.* 2008

24- Ji-Un Lee, Ki Jeong Kwon, Kwang-Joon Koh. *Diagnostic Accuracy of Artificially Induced Vertical Root Fractures: A Comparison of Direct Digital Periapical Images with Conventional Periapical Images. Korean J Oral Maxillofac Radiol.* 2004; 34: 185-90.

25-Baksi BG. *Measurement Accuracy and Perceived Quality of Imaging Systems for the Evaluation of Periodontal Structures. Odontology.* 2008; 96: 55-60.

26-Akdeniz BG, Sogur E. *An ex Vivo Comparison of Conventional and Digital Radiography for Perceived Image Quality of Root Filling. J Int Endod.* 2005; 38: 397-401.