

بررسی مقایسه فایل های دستی، روتاری و هندپیس اندودنتیک بر میزان خروج اپیکالی دبری و طول مدت آماده سازی کanal در دندان های مولر شیری: مطالعه آزمایشگاهی

دکتر الهه ابراهیم زاده^۱، دکتر سارا توسلی حجتی^۲، دکتر سبا آقائی[#]

۱- دندانپزشک

۲- استادیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، تهران، ایران

وصول مقاله: ۹۹/۹/۱۵ اصلاح نهایی: ۹۹/۸/۲۰ پذیرش مقاله: ۹۹/۸/۶

Comparison of apically extruded debris and instrumentation time using rotary, endodontic handpiece and hand files in primary molar teeth: (In-vitro)

Elaheh Ebrahimzade¹,Sara Tavassoli-Hojjati², Saba aghaei^{#2}

¹Dentist

²Assistant prof, Pediatric Dept, Faculty of Dentistry , Tehran Medical Science Islamic Azad University, Tehran, Iran.

Received: Oct 2020 ; Accepted: Dec 2020

Abstract

Background & Aim : This study was aimed to compare the instrumentation time and the amount of debris extruded apically during root canal preparation using hand files ,Mtwo rotary system and endodontic handpiece in primary molar teeth.

Method & Material : In this experimental study, sixty roots of primary molars of human teeth were assigned to three groups (for each group, n=20). The canals were then instrumented with the following instrument systems : Mtwo rotary , endolift and hand files. Debris during instrumentation was collected into pre-weighed Eppendorf tubes. The Eppendorf tubes were then stored in an incubator at 70°C for 5days. The weight of the dry extruded debris was established by pre-instrumentation and post instrumentation weight of the Eppendorf tubes for each group. Instrumentation time was also recorded. The data of debry extrusion and instrumentation time were respectively analyzed using one – way analysis of variance (ANOVA) and Kruskal-Wallis tests.

Result: Hand files were associated with more apically extruded debris than the Mtwo rotary and endodontic handpiece ($P<0.05$).Intergroup comparison of the instrumentation time didn't show a statistically difference between the three groups ($P>0.05$)

Conclusions: It seems, Mtwo rotary and endodontic hand piece, produced less debries v.s to hand instrumentation of primary molar canals. All instruments were associated with apical extrusion of debris and in terms of the instrumentation time, no method was faster than any other ones.

Key words: debri; pulpectomy ;primary teeth ; Mtwo rotary; endodontic handpiece

***Corresponding Author:** saba_aghaee@yahoo.com

J Res Dent Sci. 2021; 17(4) :327-333.

خلاصه:

سابقه و هدف: هدف از این مطالعه مقایسه سه روش دستی، روتاری Mtwo و اندولیفت بر میزان خروج اپیکالی دربی و زمان آماده سازی کانال ریشه های دندان های مولر شیری (Invitro) بود.

مواد و روشها: در این مطالعه تجربی ۶۰ ریشه دندان های مولر شیری به سه گروه ۲۰ تایی تقسیم شدند. کانال ها توسط سه روش دستی، روتاری Mtwo و هندپیس اندودنتیک آماده سازی شدند. دربی های خارج شده در لوله های Eppendorf که از قبیل وزن شده بودند جمع آوری شدند سپس این لوله ها در انکوباتور با دمای ۷۰ درجه سانتی گراد و به مدت ۵ روز نگهداری شدند. با کم کردن وزن اصلی لوله های خالی Eppendorf از وزن ثانویه که حاوی دربی های خشک شده بود، وزن خالص دربی خشک در هر لوله تعیین شد. همچنانی مدت زمان آماده سازی کانالها با هر سه روش ثبت گردید. آنالیز آماری داده های مربوط به خروج دربی و مدت زمان آماده سازی کانال توسط آزمون های One way ANOVA و Kuruskal-Wallis انجام شد.

یافته ها: میزان خروج اپیکالی دربی در روش دستی بیشتر از Mtwo روتاری و هندپیس اندودنتیک بود ($P=0.0001$) در مقایسه مدت زمان آماده سازی کانال بین سه گروه، هیچ تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد. ($P>0.05$)

نتیجه گیری: به نظر می رسد هندپیس اندودنتیک و Mtwo روتاری میزان دربی کمتری را نسبت به روش دستی آماده سازی کانال دندان مولر شیری ایجاد می کند و تفاوت معنی داری در زمان آماده شدن کانال بین ۳ روش وجود ندارد

کلید واژه ها: دربی، پالپکتومی، دندان شیری، دستگاه روتاری، هندپیس اندودنتیک

انجام شده تمامی روش های آماده سازی کانال سبب خروج

دربی می شوند اما مقدار آن در تکنیک های گوناگون و بنابر سایز و نوع فایل متفاوت است.^(۶) فایل های S Mtwo(VDW/Munich/Germany) با سطح مقطع شکل با دو لبه برنده با زاویه مثبت و یک نوک غیر برنده سبب برش موثر دیواره های عاجی میشود. وجود فضای بین تیغه ها در این نوع فایل، که از نوک به شفت به تدریج وسیعتر میشود، سبب پیشگیری از قفل شدن فایل در دیواره های کانال ریشه هنگام چرخش فایل و کاهش میزان خروج دربی به ناحیه اپکس میشود.^(۱) اندولیفت یک هندپیس اندودنتیک است که با حرکت up and down reciprocating rotating 90 درجه و در آن از فایل های معمولی استفاده میشود. طبق مطالعه انجام شده این هندپیس سبب کاهش زمان آماده سازی کانال نسبت به روش دستی در دندانهای شیری میشود.^(۷) تا کنون مطالعه ای به مقایسه میزان خروج اپیکالی دربی و مدت زمان لازم برای آماده سازی کانال ریشه دندان های شیری با استفاده از سه سیستم Mtwo روتاری، هندپیس اندودنتیک و دستی نپرداخته است. بنابراین این مطالعه با هدف مقایسه میزان خروج دربی از سوراخ اپیکال و

مقدمه: مسئله قابل توجه در آماده سازی شیمیابی - مکانیکی در درمان ریشه دندان های شیری، نزدیکی آنها به جوانه دندان دائمی است.^(۱) بر اساس نظر محققین هر وسیله ای که در مسیر اپیکالی برای آماده سازی کانال استفاده می شود، میتواند سبب خروج تراشه های عاج، بافت پالپ، میکروارگانیسم ها و محلول شستشو از ناحیه اپیکال شده و سبب آسیب به stem cell های لایه زیرین شود و از طرفی تغییراتی از قبیل هایپوپلازی، تغییرات مورفوЛОژیکی در تاج دندان و توقف کامل در تشکیل ریشه در جوانه دندان های دائمی ایجاد کند.^(۲) بنابراین کاهش میزان خروج دربی حين درمان پالپی دندان های شیری حائز اهمیت می باشد.^(۳) با وجود تولید ابزاری گوناگون جهت آماده سازی کانال مانند سیستم روتاری مولتی فایل NiTi، سیستم روتاری تک فایل، هندپیس های اندودنتیک مانند اندولیفت و ابزار سونیک، فایل دستی های اندودنتیک مانند اندولیفت و ابزار سونیک، روش در کودکان وقت گیر است.^(۴) تکیک آماده سازی با استفاده از فایل های روتاری در دندانهای شیری برای اولین بار توسط Barr در سال ۲۰۰۰ بیشنهاد شد.^(۵) طبق مطالعات

فورامن اپیکال ریشه قابل مشاهده بود در نظر گرفته شد . نمونه ها با روش تصادفی بلوکی به سه گروه تقسیم شدند و آماده سازی کanalها با سه روش فایل دستی ، Mtwo روتاری و اندولیفت انجام شد :

گروه دستی :

شامل ۲۰ دندان بود که کanal ریشه ها به طور معمول به روش دستی و با تکنیک استاندارد توسط Kfile(Mani/Japan) (شکل شماره ۲) با توالی (سایز ۱/۱۵ تیپر ۰/۰۲)، (سایز ۰/۰۲ تیپر ۰/۰۲)، (سایز ۰/۰۲ تیپر ۰/۰۲)، (سایز ۰/۰۲ تیپر ۰/۰۲) آماده سازی شدند.^(۱)

گروه Mtwo روتاری :

شامل ۲۰ دندان بودکه کanal ریشه ها به وسیله روتاری Reciproc (VDW. SILVER/GOLD به دستور سازنده با حرکت ملایم up and down و سرعت ۲۸۰ rmp آماده شدند . آماده سازی کanal ها بواسیله فایل روتاری از جنس NiTi با الاستیسیته بالا که ساخت کارخانه VDW(Munich/Germany) بود با توالی (سایز ۱/۰ تیپر ۰/۰۴)، (سایز ۱/۱۵ تیپر ۰/۰۵)، (سایز ۰/۰۶ تیپر ۰/۰۴)، (سایز ۰/۰۵ تیپر ۰/۰۶)، (سایز ۰/۰۵ تیپر ۰/۰۵)، (سایز ۰/۰۵ تیپر ۰/۰۵) انجام شد.^(۱)

گروه هندپیس اندودنتیک رسیپروکال:

شامل ۲۰ دندان بود که کanal ریشه ها به وسیله اندولیفت CX23SC5-12,China) و با تکنیک Kfile(Mani/Japan) با step-back توالی (سایز ۱/۱۵ تیپر ۰/۰۲)، (سایز ۰/۰۲ تیپر ۰/۰۲)، (سایز ۰/۰۲ تیپر ۰/۰۲)، (سایز ۰/۰۲ تیپر ۰/۰۲) آماده سازی شدند.^(۷)

پیش از هر بار استفاده از فایل ، کanal با ۱سی سی آب مقطر به طور کامل شست و شو داده میشد . که به این منظور از سرنگ انسولین که در ۲ میلی متری ابتدای طول کارکرد به صورت passive قرار میگرفت استفاده شد.^(۳) پس از هر بار رسیدن فایل به اندازه مشخص شده patency کanal با استفاده از K-File شماره ۱۵ بررسی و Flute های فایل به کمک گاز آغشته به الکل پاک شد . در هر سه گروه در مجموع از ۳ میلی لیتر آب مقطر برای شستشوی کanal ها و از هر فایل برای آماده سازی چهار نمونه استفاده شد . جهت

مدت زمان لازم برای آماده سازی کanal ریشه دندان های مولر شیری با استفاده از سه سیستم دستی ، Mtwo روتاری و هندپیس اندودنتیک به صورت invitro انجام گردید .

مواد و روش ها:

تحقیق حاضر به روش تجربی و در شرایط آزمایشگاهی کنترل شده بر روی مدل های تجربی از نمونه های دندان مولر شیری کشیده شده ای انسان انجام شد . معیارهای انتخاب نمونه ها عبارت بود از دندان های مولر شیری خارج شده که دارای کanal هایی بودند با patency (Kfile) ۱۰ (کوچکترین فایلی که به صورت غیرفعال و بدون گشاد کردن فورامن اپیکال ریشه از آن عبور کند) . و طول ۸-۱۲ میلی متر با انحنای ۵ تا ۱۰ درجه اشنازیدر که ابعاد داخلی کanal از Kfile شماره ۲۵ بیشتر نبود.^(۸) هم چنین ریشه های دارای بواسیدگی ، ترک ، تحلیل پاتولوژیک خارجی و داخلی (با بررسی توسط رادیوگرافی P.A در دو جهت مزیودیستالی و باکولینگوالی) از مطالعه حذف شدند . برای تعیین حجم نمونه از نرم افزار NCSS(ver 11) استفاده شد و با توجه به اطلاعات بدست آمده ، $\alpha=0.05$ ، $power:0.80$ ، $\beta=0.19$ ، effect size=0.33) عدد ۶۰ نمونه کل با توجه به مطالعات انجام شده قبلی در هر گروه ۲۰ نمونه انتخاب گردید.^(۱) دندان های مولر شیری که معیار های ورود به مطالعه را داشتند و به سبب آسیب پری اپیکال و یا درمان های پیشگیرانه ارتودنسی کشیده شده بودند جمع آوری و پس از تمیز کردن سطح خارجی ریشه ها از کلکلوس و بافت نرم به صورت مکانیکی ، به مدت ۲۴ ساعت در محلول هیپوکلریت سدیم ۰/۵ درصد ضدغونی و تا زمان انجام مراحل کاری در محلول ۰/۱ درصد آب مقطر و تیمول نگهداری شدند.^(۳) پس از تهیه حفره دسترسی فرز الماسی (Jota/Swiss) و هندپیس با سرعت بالا به همراه خنک کننده آبی ، ریشه هایی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند جدا شدند . طول کارکرد ۱ میلی متر کوتاه تر از طول Kfile(Mani/Japan) شماره ۱۰ زمانی که نوک آن از

بررسی مقایسه فایل های دستی، روتاری و هندپیس اندودنتیک بر میزان خروج اپیکالی دربی..

هر لوله تعیین شد.^(۴) مجموع زمان آماده سازی شامل فعال

کردن فایل ، تغییر فایل ها ، تمیز کردن لبه های فایل و
شستشوی کanal با استفاده از کرونومتر دیجیتال با دقت
۱،۰،۰ ثانیه اندازه گیری شد.^(۱۱) آنالیز آماری داده های مربوط
به خروج دربی و مدت زمان آماده سازی کanal توسط آزمون
های One way ANOVA و Kruskal-Wallis در نرم افزار SPSS (version 20)^(۱۲) به عنوان
سطح معنی داری در نظر گرفته شد.

یافته ها :

با توجه به آزمون آماری اسمرینوف -کولموگروف فرض
نرمالیتی و برابری واریانس ها برای هر دو متغیر میزان خروج
اپیکالی دربی و طول مدت زمان آماده سازی کanal ریشه،
برقرار بود ($P>0.05$) نتایج مطالعه نشان داد خروج دربی در
تمام گروه های مورد مطالعه مشاهده می شود. میزان خروج
دربی در گروه های مطالعه در جدول ۱ آمده است. آزمون
دربی در گروه های مطالعه در جدول ۱ آمده است. آزمون
دربی در گروه های مطالعه در جدول ۱ آمده است. آزمون
میزان خروج دربی اپیکالی در سه سیستم فایل دستی،
Mtwo روتاری و هندپیس اندودنتیک نشان داد
($P=0.0001$). براساس مقایسه دو به دو گروه ها با آزمون
Kruskal-Wallis این اختلاف بین فایل دستی و هندپیس
اندودنتیک و نیز بین فایل دستی و Mtwo روتاری معنادار
بوده ($P=0.0001$) ولی بین گروه هندپیس اندودنتیک و
روتاری معنادار نبود. ($P=0.829$).

جدول ۱- میانگین و انحراف معیار دربی های خارج شده از ناحیه
اپیکال بین سه گروه (بر حسب گرم)

آزمون	انحراف معیار \pm میانگین	تعداد	گروه ها
	0.0513 ± 0.02061	۲۰	دستی
$P=0.0001$	0.022 ± 0.0085	۲۰	Mtwo
	0.0196 ± 0.00239	۲۰	هندپیس اندودنتیک

حذف متغیر عمل کننده آماده سازی تمامی نمونه ها توسط
یک نفر انجام شد.

روش جمع آوری و اندازه گیری دربی های خارج شده :
(شکل ۱)



شکل (۱): نحوه قرار گیری دندان در لوله Eppendorf و یال

قبل از مراحل آماده سازی کanal ، هر میکروتیوب شسته و در
انکوباتور خشک شدو توسط ترازوی (Sartorius AG, Gottingen, Germany) Semi-micro balance
دقیق ۱۰۰۰.۰ گرم سه بار به طور متواالی وزن شد و میانگین
این مقادیر نوشته شد.^(۱۰) شماره مربوط به هر نمونه بر روی
در میکروتیوب نوشته شد . به منظور کاهش سوگیری سطح
خارجی یال ها با ورقه آلومینیومی پوشانده شد تا دربی های
ایجاد شده حین آماده سازی کanal دیده نشوند.^(۱) همچنین
جا به جای وسایل با تماس مستقیم دست انجام نشد تا دربی
های روی دست، بقایای اپیتليوم و یا پودر تالک دستکش
باعث ایجاد اضافه وزن در نمونه های مورد آزمایش نگردند.
پس از پایان آماده سازی، دربی های چسبیده به سطح
خارجی ریشه دندان ها توسط ۱ میلی لیتر آب قطره شسته
و در میکروتیوب جمع آوری شد . سطح میکروتیوب ها برای
پاک شدن از آلودگی های ایجاد شده توسط الكل شسته شد.
^(۳) سپس لوله ها در یک دستگاه انکوباتور در دمای ۷۰ درجه
سانتیگراد به مدت ۵ روز ، به منظور تبخیر آب قطره قرار
داده شدند.^(۹) و لوله های Eppendorf سه بار به صورت
متواالی با همان ترازو وزن شدند . با کم کردن وزن اصلی
لوله های خالی Eppendorf از میانگین وزن ثانویه که حاوی
دربی های خشک شده بودند ، وزن خالص دربی خشک ، در

در این مطالعه مشاهده شد که هر سه سیستم آماده سازی کanal، پوش اپیکالی دبیری را به همراه داشت که این نتیجه مطابق با سایر مطالعات انجام شده در مورد خروج اپیکالی دبیری میباشد . و این حقیقت را تقویت کرد که آماده سازی کanal ریشه به صورت شیمیایی مکانیکی بدون خروج اپیکالی دبیری امکان پذیر نیست. ^(۱۴-۱۲، ۹، ۴-۱) سیستمهای روتاری که به روش crown-down کanal ریشه را آماده سازی میکنند به دلیل نوع طراحی فایل و حرکات forward در داخل کanal تقریبا تمام دبیری ها را به صورت کرونالی خارج میکنند و مقدار بسیار کمی از دبیری ها خروج اپیکالی دارند ، برخلاف فایل های دستی که بیشتر دبیری ها را به صورت اپیکالی خارج میکنند^(۱) این فرضیه در مطالعات گوناگون تایید شده است. ^(۱۵-۱۲، ۹، ۴-۱)

فایلهای Mtwo(VDW/Munich/Germany) با سطح مقطع S شکل بادولبه برنده بازاویه ثابت و یک نوک غیربرنده سبب برش موثردیواره های عاجی میشود . وجود فضای بین تیغه ها در این نوع فایل، که از نوک به شفت به تدریج وسیعترمیشود، سبب پیشگیری از قفل شدن فایل دردیواره های کanal ریشه هنگام چرخش فایل و کاهش میزان خروج دبیری به ناحیه اپکس میشود^(۱) در این مطالعه تفاوت جمع دبیری بین گروه های مورد مطالعه(دستی ، Mtwo روتاری و اندولیفت) از لحاظ آماری معنادار بود. میزان خروج اپیکالی دبیری با استفاده از هندپیس اندودنتیک به صورت معناداری کمتر از دستی بود ، که به نظر میرسد نوع حرکت هندپیس اندودنتیک که به صورت up & down به همراه ۹۰ درجه در این زمینه موثر باشد.^(۷) تاکنون مطالعه ای همراستا با مطالعه حاضر گزارش نشده است . labbaf و همکاران مطالعه ای با هدف مقایسه میزان خروج اپیکالی دبیری از ریشه های مستقیم و انحنا دار پس از آماده سازی کanal با فایل های دستی NiTi به روش معمول و با استفاده از هندپیس اندودنتیک در دندان های مولر دائمی گزارش نمودند که میزان خروج اپیکالی دبیری با استفاده از این سیستم اندولیفت به طور معناداری کمتر از روش دستی معمولی میباشد.^(۳) نتایج مطالعه حاضر نشان

مدت زمان آماده سازی کanal با روش دستی ۴۰.۵ دقیقه، هندپیس اندودنتیک ۳/۴۷ دقیقه و Mtwo روتاری ۳/۷۱ دقیقه بود که این اختلاف بین سه گروه از لحاظ آماری معنادار نبود (P=۰/۰۸۵) جدول ۲

جدول ۲- زمان آماده سازی کanal در سه گروه (برحسب ثانیه)

گروه ها	تعداد	انحراف معیار ± میانگین	آزمون
دستی	۲۰	۲۴۳/۵۵±۴۹/۰۴	
Mtwo	۲۰	۲۲۳/۰۵±۴۵/۳۵	P=۰/۰۸۵
هندپیس اندودنتیک	۲۰	۲۰۸/۲۵±۵۳/۳۹	

بحث:

در مطالعه حاضر از سه سیستم Mtwo روتاری ، هندپیس اندودنتیک و دستی به منظور مقایسه میزان خروج اپیکالی دبیری استفاده شد و نتایج نشان داد که تمامی روش های آماده سازی کanal همراه با خروج دبیری از ناحیه اپیکال بودند و این مقدار در روش دستی از دو روش دیگر بیشتر بود . همچنین از لحاظ مدت زمان آماده سازی کanal هیچ روشی در مقایسه با روش های دیگر از سرعت بیشتری برخوردار نبود .

تغییرات پالپی که به دنبال پوسیدگی و یا ضربه ایجاد میشوند از متداول ترین عواملی هستند که باعث نیاز دندان به درمان ریشه میشوند.^(۱) یکی از مهم ترین اهداف درمان اندودنتیک حذف میکرووارگانیسم ها ، بافت پالپی زنده و یا نکروز شده ، عاج عفونی و دبیری ها از کanal ریشه میباشد.^(۷) خروج اپیکالی دبیری در دندان های شیری می تواند به Stem cell های لایه زیرین آسیب برساند و باعث ایجاد تغییراتی از قبیل هایپوپلازی، تغییرات مورفولوژیکی در تاج دندان و توقف کامل در تشکیل رادیکولار در جوانه دندان های دائمی شود.^(۲) دندان های شیری به دلیل داشتن قطر اپیکالی بیشتر نسبت به دندان های دائمی که به دنبال تحلیل فیزیولوژیک اتفاق می افتد شans خروج اپیکالی دبیری بیشتری دارند ، بنابراین انتخاب روشی که میزان خروج اپیکالی دبیری کمتری داشته باشد میتواند مفید واقع شود.^(۳)

ی روشن دستی ۴/۰۵ دقیقه، هندپیس اندودنتیک ۴/۳ دقیقه و در روش Mtwo روتاری ۳/۷۱ دقیقه بود. اما اختلاف مدت زمان آماده سازی در این سه روش معنادار نبود (P=0.085) و همکاران با مقایسه زمان آماده سازی کanal توسط فایل های دستی و Mtwo روتاری در دندان های مولر شیری به این نتیجه رسیدند که در روش دستی مدت زمان آماده سازی بیشتر است.^(۱۷) همچنین Seraj و همکاران مطالعه ای با هدف مقایسه زمان آماده سازی و توانایی پاکسازی دندانهای مولر شیری با استفاده از دوروش آماده سازی دستی و هندپیس اندودنتیک انجام دادند و گزارش نمودند زمان موردنیاز برای آماده سازی کanal با استفاده از هندپیس اندودنتیک به صورت معنی داری کمتر از روش دستی می باشد.^(۱۸) که با نتایج به دست آمده از Madan Nidhi همکارانش در مطالعه ای که به منظور مقایسه میزان توانایی پاکسازی کanal در دندان های مولر شیری و مدت زمان آماده سازی با دو روش Kfile و Profile پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مدت زمان آماده سازی کanal با استفاده از روش دستی کمتر از روش روتاری Profile می باشد و بیان نمودند که این موضوع به تجربه و مهارت عمل کننده مرتبط بود و سبب افزایش سرعت و کاهش زمان آماده سازی کanal ها به روش دستی نسبت به مطالعات قبلی می باشد.^(۱۹) از طرفی تعداد فایل های مورد استفاده در روش Mtwo روتاری ۵ عدد و در روش های دستی و هندپیس اندودنتیک ۴ عدد بودند که این علت هم میتواند عاملی برای افزایش مدت زمان آماده سازی در روش Mtwo روتاری نسبت به هندپیس اندودنتیک باشد. از محدودیت های این مطالعه انجام آن در شرایط invitro می باشد که سبب می شود نتایج آن کاملا قابل تعمیم به محیط invivo و کلینیکی نباشد زیرا در شرایط کلینیکی فشار PDL می تواند خروج اپیکالی دبری را کاهش دهد همچنین امکان ارزیابی درد و التهاب و ناراحتی بیمار تنها در شرایط کلینیکی وجود دارد.

داد میزان خروج اپیکالی دبری با استفاده از تکنیک Mtwo روتاری به صورت معناداری کمتر از روش دستی بود. Topcuoglu و همکاران به مقایسه میزان خروج اپیکالی دبری در طول آماده سازی کanal با استفاده از چهار روش Revo-S و protaper Next ، Mtwo روتاری و Revo-S در سیستم Mtwo روتاری کمتر از روش دستی است.^(۱۹) که این مورد با یافته های مطالعه حاضر سازگار است . نتایج آماری مطالعه حاضر نشان داد که اختلاف میزان خروج اپیکالی دبری در سیستمهای روتاری Mtwo و هندپیس اندودنتیک معنادارنمی باشد . مقایسه میزان وزن دبری خارج شده در مطالعه حاضر با دیگر مطالعات در این زمینه ، نشان داد که وزن دبری خارج شده مشابه^(۲۰) و یا نسبت به برخی مطالعات بیشتر بوده است.^(۱۳،۴) به نظر میرسد این تفاوت را می توان به سیستم های روتاری و متدولوزی گوناگون در این مطالعات نسبت داد . مطالعات بیشتر می توانند در معتبر ساختن نتایج حاصل از این مطالعه کمک کننده باشند. از میان سیستم های روتاری موجود سیستمی انتخاب شد که از نظر تطابق با کanal ، قطر اپیکال و تعداد فایل ها و تکنیک مورد استفاده مشابه هندپیس اندودنتیک و معمول دستی باشد و از همه نظر شرایط یکسان سازی انجام گیرد . در سیستم روتاری Mtwo همه ی فایل های مورد استفاده به طول کارکرد رسانده میشوند و به همان نسبت تعداد تیغه های بیشتری از فایل ها در تماس با دیواره کanal قرار می گیرند.^(۱۶) در این مطالعه از آب مقطر به جای هیپوکلریت سدیم استفاده شد تا از تبلور هیپوکلریت سدیم و تشکیل کریستال سدیم جلوگیری شود، زیرا کریستال سدیم پس از تبخیر باقی مانده و نمی توان آنرا از دبری ها جدا کرد.^(۲۱) جنبه دیگر مورد بررسی در این مطالعه طول مدت زمان آماده سازی ریشه به روش های دستی ، Mtwo روتاری و هندپیس اندودنتیک بود . بر اساس داده های حاصل از این مطالعه میانگین زمان لازم برای آماده سازی کanal ریشه های دندان مولر شیری بوسیله

References:

- 1-Topçuoğlu G, Topçuoğlu H, Akpek F. Evaluation of apically extruded debris during root canal preparation in primary molar teeth using three different rotary systems and hand files. *Int J Paediatr Dent.* 2016;26(5):357-63.
- 2-Thakur B, Pawar A, Kfir A, Neelakantan P. Extrusion of Debris from Primary Molar Root Canals following Instrumentation with Traditional and New File Systems. *J Contemp Dent Pract.* 2017;18(11):1040-4.
- 3-Labbaf H, Shakeri L, Orduie R, Bastami F. Apical Extrusion of Debris after Canal Preparation with Hand-Files Used Manually or Installed on Reciprocating Air-Driven Handpiece in Straight and Curved Canals. *Iran Endod J.* 2015;10(3):165-8.
- 4-Buldur B, Hascizmeci C, Aksoy S, Nur Aydin M, Guvendi O. Apical extrusion of debris in primary molar root canals using mechanical and manual systems. *Eur J Paediatr Dent.* 2018;19(1):16-20.
- 5-Barr E, Kleier D, Barr N. Use of nickle-titanium rotary files for root canal preparation in primary teeth. *Pediatr Dent* 1999;21(7):453-4.
- 6-Madalena I, Carneiro S, Osório S, da Silva R, Gimenez T, Pinheiro S. Assessment of Extruded Debris in Primary Molars Comparing Manual and Reciprocating Instrumentation. *Pesqui Bras Odontopediatr Clin Integr.* 2018;18(1):1-7.
- 7-Seraj B, Ramezani G, Ghadimi S, Mosharrafian S, Motahary P, Safari M. In-vitro comparison of instrumentation time and cleaning capacity between endodontic handpiece and manual preparation techniques in primary molar teeth. *Minerva Stomatol.* 2013;62(1-2):17-22.
- 8-Scneider S, 32(2) : 271-5. A comparison of canal preparations in straight and curved root canals. *Oral Surg , Oral Med, Oral Pathol.* 1971;32(2):271-5.
- 9-Myers G, Montgomery S. A comparison of weights of debris extruded apically by conventional filing and Canal Master techniques. *J Endod.* 1991;17(6):275-9.
- 10-Ramazani N, Mohammadi A, Amirabadi F, Ramazani M, Ehsani FJ-. Invitro investigation of the cleaning efficacy, shaping ability, preparation time and file instrumentations in primary molars. *J Dent Res Dent clin Dent prospects.* 20-49: (1)10;16.
- 11-KÜÇÜKYILMAZ E, Savas S, Saygili G, Uysal B. Assessment of apically extruded debris and irrigant produced by different nickel-titanium instrument systems. *Braz Oral Res.* 2015;29(1):1-6.
- 12-Kalra P, Rao A, Suman E, Shenoy R, Suprabha B .Evaluation of conventional, protaper hand and protaper rotary instrumentation system for apical extrusion of debris, irrigants and bacteria- An in vitro randomized trial. *J Clin Exp Dent.* 2017;9(2):254-8.
- نتیجه گیری :
- به نظر می رسد هندپیس اندودنطیک و Mtwo روتاری میزان دبری کمتری را نسبت به روش دستی آماده سازی کanal دندان مولر شیری ایجاد می کند و تفاوت معنی داری در زمان آماده شدن کanal بین ۳ روش وجود ندارد
- 12-Kalra P, Rao A, Suman E, Shenoy R, Suprabha B .Evaluation of conventional, protaper hand and protaper rotary instrumentation system for apical extrusion of debris, irrigants and bacteria- An in vitro randomized trial. *J Clin Exp Dent.* 2017;9(2):254-8.
- 13-Gungor O, Kustarcı A. Evaluation of Apically Extruded Debris using Two Niti Systems Associated with Two Irrigation Techniques in Primary Teeth. *J Clin Pediatr Dent.* 2016;40(6):490-5.
- 14-Vyawahare N, Raghavendra S, Desai N. Comparative evaluation of apically extruded debris with V-Taper, ProTaper Next, and the Self-adjusting File systems. *J Conserv Dent.* 2016;19(3):235-8.
- 15-Asif A, Jeevanandan G, Govindaraju L, Vignesh R, Subramanian E. Comparative Evaluation of Extrusion of Apical Debris in Primary Anterior Teeth using Two Different Rotary Systems and Hand Files: An In Vitro Study. *Contemp Clin Dent.* 2019;10(3):512-6.
- 16-Kamatham RS-. Quick reference guide to rotary endodontic instruments-A comprehensive. *Sch J Dent Sci.* 2017;4(6):276-87.
- 17-Govindaraju L, Jeevanandan G, Subramanian E. Comparison of quality of obturation and instrumentation time using hand files and two rotary file systems in primary molars: A single-blinded randomized controlled trial. *Eur J Dent.* 2017;11(3):376-9.
- 18-Madan N, Rathnam A, Shigli A, Indushekar K. K-file vs ProFiles in cleaning capacity and instrumentation time in primary molar root canals: An in vitro study. *J Indian Soc Pedod Prev Dent.* 2011;29(1):2-6.